

巴瑞克斯射頻消融病灶導管等內視鏡射頻消融術(RFA)(37048B)新增特材審查會議

科別	總額別	會議提案增修條文	結論
外科-1	醫院 總額	二、各科審查注意事項： (二)外科審查注意事項 <u>11. 內視鏡射頻消融導管審查原則：</u> <u>(1)片狀消融導管建議限用於病灶範圍小於1/2圈食道圓周(島狀病灶)。</u> <u>(2)環狀氣球式消融導管則建議限用於病灶範圍長度超過3公分長，或大於等於 1/2圈食道圓周或多發性大於2(廣泛型病灶)。</u> <u>(3)巴瑞特食道，再次治療二次切片需間隔半年，都呈現低度分化不良。巴瑞特食道，無局部病變之高度分化不良之病變。高度分化不良病變，黏膜切除後追加治療殘餘的巴瑞特食道組織片狀式。</u> <u>(4)送審時須說明申請片狀或環狀並檢附佐證資料：</u> <u>甲、內視鏡切片病理報告，確診為癌前病變，且符合支付標準規範。</u> <u>乙、須附上內視鏡之圖像，包括有擴大內視鏡及影像強化(NBI或是LBI)系統之病灶照片。</u>	1. 同意增訂。 2. 外科醫學會、消化系外科醫學會及內視鏡外科醫學會等3單位意見所提涉及執行「內視鏡射頻消融術(37048B)」禁忌症之相關建議；以及消化系外科醫學會所提「且建議治療前後必須要有集中登錄系統，能追蹤了解病人治療的預後成效，以確保病人安全並利後續條文之修改」部分，皆非屬審查注意事項研議範圍，移請本署權責單位(醫務管理組)研參。